Konfiguration/Configuration

Benutzer/Operator		
Intervall/Interval	00:05:00	
Start möglich durch/Start possible by	Taste/Button	
Startverzögerung/Start delay	00:00:00	
Stopp möglich durch/Stop possible by	USB Verbindung/USB connect	
	Alarm unten/Alarm low	Alarm oben/Alarm high
Temperatur/Temperature	-40.0 °C	70.0 °C
Feuchtigkeit/Humidity	0.0 %rH	100.0 %rH
Alarmverzögerung/Alarm delay	00:00:00	

Zusammenfassung/Summary

Startzeit/Start time	**14.08.2015 14:11:09**		Start durch/Start by	Taste/Button
Stoppzeit/Stop time	**14.08.2015 16:56:09**		Stopp durch/Stop by	USB Verbindung/USB connect
Datensätze/Records	**34**		Dauer/Duration	**02:45:00**
	Min	Avg	Max	
Temperatur/Temperature	**28.2 °C**	**28.6 °C**	**31.3 °C**	
Feuchtigkeit/Humidity	**41.9 %rH**	**45.1 %rH**	**47.4 %rH**	
Taupunkt/Dew point	**15.1 °C**	**15.4 °C**	**16.8 °C**	
	Anzahl/Count			
Alarm/Alarm	**0**			



Unterschrift/Signature